

Solución de pH 4,01, 500 mL. c/certificado

SKU: HI 7004L/C



RESUMEN

HI7004L/C es una solución de calibración pH 4.01 de calidad superior que es trazable por NIST y se suministra con un Certificado de Análisis. Los estándares de calibración Hanna tienen el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de estándares de calibración de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

- Suministrado con un Certificado de Análisis
- Precisión de ± 0.01 pH @ 25°C
- Tabla de temperatura del valor de pH real a diversas temperaturas impresas en cada botella

DESCRIPCIÓN

HI7004L/C es una solución de calibración pH 4.01 de calidad premium, producido de acuerdo con las normas ISO 3696/BS3978, utilizando sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y material de vidrio de clase A en un ambiente de temperatura controlada monitoreado con termómetros certificados. Los valores informados tienen una precisión de ± 0.01 pH @ 25°C y son trazables según los Materiales de Referencia Estándar (SRMs) del NIST.

[El HI7004L/C se suministra con Certificado de Análisis](#)

- Código de producto
- Número de lote
- Valor promedio del lote
- SRMs que se usaron
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad

[Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones](#)

- Garantiza la calidad y la pureza de la solución

[Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del tampón de pH](#)

- Fácil identificación de diferentes valores de tampón
- La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia del electrodo de pH