

Solución pH 7,01, 500 mL. c/certificado

SKU: HI 7007L/C



RESUMEN

Nuestra Solución de Calibración de pH 7.01 Hanna Instruments de primera calidad es trazable al NIST y suministrada con un Certificado de análisis. Los tampones de calibración de Hanna tienen el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de tampones de calibración de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

Se Suministra Con Certificado De Análisis.


- Precisión de $\pm 0,01$ pH a 25 °C
- Gráfico de temperatura del valor de pH real a varias temperaturas impreso en cada botella.

DESCRIPCIÓN

Nuestra Solución de Calibración de pH 7.01 Hanna Instruments de primera calidad es producida de acuerdo con los estándares ISO 3696/BS3978 utilizando sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas con control de peso certificadas y cristalería Clase A en un ambiente de temperatura controlada monitoreado con termómetros certificados. Los valores informados tienen una precisión de $\pm 0,01$ pH a 25 °C y son trazables según los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST.

El HI7007L/C Es

Se Suministra Con Certificado De Análisis.



Certificate of Analysis

Method of standardization:
This quality product is standardized using a meter and a specially designed multi-reference probe. Hanna standards are prepared from high purity salts and Deionized water for analytical use. ISO 3696/BS 3978. Weighing balance periodically checked with certified weights and Class A glassware, in a temperature controlled environment checked with certified thermometers. Reported values are traceable to NIST Standard Reference Materials (SRM). The undersigned hereby certifies the following data to be true specifications of the obtained results of the standard analysis.

Product code: HI5007-G095 Mean value: 7.01 ± 0.01 @ 25 °C Measurement unit: pH

Lot number: 6095 Expiry date: Mar 2018 Manufacturing date: 2013/05/16

SRM: 185h S.R.M. and 186-g / 186-g SRM Ref. No: 16E31

Laboratory manager: Elena Lazăr Date of release: 2013/05/16

- Código de producto
- Número de lote
- Valor medio del lote
- SRM que se utilizaron
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad

Botella Hermética Con Sello A Prueba De Manipulaciones.

- Garantiza la calidad y frescura de la solución.

Etiqueta Codificada Por Colores Para Una Fácil Identificación Del Valor Del Tampón De pH

- Fácil de identificar diferentes valores de buffer
- La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH.

CARACTERÍSTICAS

SKU	HI7007L/C
Nombre	Solución de calibración de pH 7.01 (500 ml)
Descripción	tampón de calibración estándar
Certificado de análisis	Sí
Precisión del pH	±0,01 pH
Valor de pH @ 25°C	7.01
Paquete	botella
Cantidad	1
Tamaño	500ml